

Znak sprawy: PR/220/90-N/08/18

Legnica dnia 28.09.2018 r.

### Wg rozdzielnika

#### Warunki Zamówienia (WZ)

**A) Postępowanie prowadzone zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna”.**

**B) Nazwa, adres i nr telefonu Zamawiającego**

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ul. Nowodworska 1,  
59-220 Legnica, Tel. 076 855 47 01, Fax. 076 856 73 03

**C) Forma udzielenia zamówienia:**

Przetarg nieograniczony

**D) Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji:**

Przedmiotem zamówienia jest:

**„Dostawa i instalacja spektrometru dla laboratorium w Legnicy.”**

Wymagania szczegółowe:

L.p.	Parametr	Wartość oferowana
1.	Wymagania minimalne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Emisyjny, sekwencyjny spektrometr ICP umożliwiający obserwację plazmy boczną oraz wzdłuż osi palnika, palnik umieszczony pionowo</li> <li>▪ Gotowość do pracy ze startu zimnego (nie ze stanu standby) poniżej 15 minut</li> </ul>
2.	System optyczny	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zakres 190-780nm, pomiar dowolnej linii w całym użytecznym zakresie spektralnym</li> <li>▪ detektor półprzewodnikowy CCD,</li> <li>▪ jednoczesny pomiar linii analitycznych oraz tła po obu stronach pików (w dowolnych miejscach),</li> <li>▪ możliwość pracy w trybie radialnym i wzdłuż osi palnika w czasie jednego pomiaru (również dla tej samej linii analitycznej),</li> <li>▪ możliwość radialnej obserwacji plazmy na różnych wysokościach</li> <li>▪ dynamiczna korekcja długości fali lampą neonową,</li> <li>▪ rozdzielczość rzeczywista &lt; 0.009 nm w zakresie UV (dla 200 nm).</li> </ul>
3.	System wprowadzania próbek	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ budowa umożliwiająca błyskawiczną wymianę całego systemu bez użycia jakichkolwiek narzędzi (np. mocowanie typu bagnetowego)</li> <li>▪ układ wprowadzania próbki zawierający komorę mgielną cyklonową oraz rozpylacz koncentryczny typu Meinhard'a.</li> <li>▪ Całkowite zużycie argonu w całym zakresie mocy nie większe niż 10l/min</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Odcinanie ogona plazmy – tzw. nóż powietrzny</li> </ul>
4.	Pompa perystaltyczna	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ czterokanałowa zapewniająca równomierną prędkość podawania oznaczanych roztworów i odprowadzania ścieków.</li> </ul>
5.	Generator RF	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ półprzewodnikowy typu „free running”, bezobsługowy (nie wymagający wymiany części zużywalnych),</li> <li>▪ minimalny zakres regulacji mocy od 1000 do 1500 W,</li> <li>▪ system zapewniający stałą korekcję mocy w zależności od warunków panujących w plazmie.</li> </ul>
6.	Oprogramowanie sterujące	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ wielozadaniowe, w pełni 64-bitowe oprogramowanie pracujące w środowisku MS Windows 7 lub Windows 10, zapewniające kontrolę wszystkich parametrów spektrometru oraz zbieranie i obróbkę wyników.</li> <li>▪ parametry domyślne dla każdego pierwiastka,</li> <li>▪ biblioteka zawierająca minimum 50000 linii emisyjnych z możliwością jej poszerzenia o kolejne linie,</li> <li>▪ zdolność do zapamiętywania i ponownego oglądania otrzymanych widm,</li> <li>▪ możliwość doboru optymalnych parametrów pomiaru (takich jak przepływy gazów, moc generatora itp.) „on-line”,</li> <li>▪ automatycznie lub manualnie ustawiany czas integracji (w granicach od 0.01 do 500 sekund) sygnałów w zależności od zawartości mierzonego pierwiastka oraz intensywności linii analitycznej, pozwalający na poprawę intensywności małych sygnałów,</li> <li>▪ algorytmy pozwalające na korekcję interferencji spektralnych niemożliwych do usunięcia innymi technikami (np. użyciem linii alternatywnych),</li> <li>▪ możliwość analizowania i przeliczania otrzymanych wyników bez konieczności wykonywania ponownej analizy,</li> <li>▪ wyświetlane na ekranie informacje o stanie spektrometru,</li> <li>▪ gotowe szablony raportów analitycznych; wyniki analizy zapisywane w MS Access,</li> <li>▪ możliwość eksportu wyników do pakietów biurowych (np. MS Office itp.).</li> <li>▪ kolorowa kamera umożliwiająca zdalną obserwację plazmy</li> </ul>
7.	Zestaw komputerowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ spełniający wszystkie wymagania stawiane przez oprogramowanie spektrometru, zapewniający bezproblemową pracę.</li> <li>▪ System operacyjny</li> <li>▪ Monitor LCD min 24”</li> <li>▪ Drukarka kolorowa, mysz, klawiatura</li> </ul>
8.	Inne elementy oferty	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zestaw wzorców</li> <li>▪ Zestaw do podawania standardu wewnętrznego</li> <li>▪ Kompresor do tzw. noża powietrznego</li> <li>▪ Układ chłodzenia z zamkniętym obiegiem cieczy chłodzącej</li> </ul>
9.	Szkolenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Szkolenie techniczne</li> <li>▪ Szkolenie aplikacyjne i wdrożeniowe w wymiarze 4 dni roboczych, do wykorzystania w dowolnym układzie podziału dni, np. 2+2 dla min 3 osób</li> </ul>
7.	Dostępność części zam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ minimum 7 lat</li> </ul>
8.	Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 230 VAC 50Hz</li> </ul>
13.	Gwarancja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 24 miesiące</li> </ul>



#### Pozostałe wymagania

1. Wykonawca zapewnia, na własny koszt, bezpieczne dowieszenie i zmontowanie na wskazanym stanowisku dostarczonej aparatury.
2. Wykonawca zapewnia dojazd serwisu maksymalnie do 2 dni od daty zgłoszenia przez Kierownika Laboratorium.
3. Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach odrębnych.
4. Zamawiający dołączy oryginalną instrukcję obsługi aparatury oraz tłumaczenie w języku polskim.

#### **E) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje z przedmiotu zamówienia.

#### **F) Pożądany termin wykonania zamówienia**

Pożądany termin wykonania zamówienia – do 8 tygodni od daty podpisania umowy

#### **G) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - 1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt.14 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy.
  - 1.2. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
  - 1.3. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przedmiocie zamówienia prac i czynności oraz dysponują lub będą dysponować, osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności i w zakresie niezbędnym do wykonywania zamówienia.
  - 1.4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wykonywali w okresie ostatnich trzech lat podobne zamówienia.
2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  - 2.1. Jej treść nie odpowiada treści Warunków Zamówienia.
  - 2.2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
  - 2.3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  - 2.4. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert.
  - 2.5. Zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić.
  - 2.6. Wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgłosi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny (pkt.12 Regulaminu).

#### **H) Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy/wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

Załącznik nr 1 – „*Oświadczenie oferenta*” sporządzony wg załączonego wzoru.

Załącznik nr 2 – „*Odpis aktualny z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej*” oryginał lub czytelna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.

Załącznik nr 4 – *Wykaz* zrealizowanych podobnych zadań z 3 ostatnich lat wraz z referencjami inwestorów.

#### **I) Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z dostawcami/wykonawcami**

Kierownik Laboratorium – Grażyna Wróblewska, tel. 519 332 077.

## **J) Wymagania dotyczące wadium.**

### 1. Wnoszenie wadium.

- 1.1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 2.500,00 PLN (słownie: (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
- 1.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu;
  - b) poręczeniach bankowych;
  - c) gwarancjach bankowych;
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego bank:  
Bank PEKAO SA 67 1240 6814 1111 0000 4937 4658 z dopiskiem „**Wadium- zakup spektrometru**”.  
Wadium wnoszone w jednej z form o których mowa w pkt 1.2 ppkt od „b” do „d” należy wnieść w oryginale dołączając do oferty w odrębnej kopercie.
4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium.
6. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
  - a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
  - b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (poręczeniem),
  - c) kwotę gwarancji (poręczenia),
  - d) termin ważności gwarancji (poręczenia),
  - e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
    - wykonawca, którego ofertę wybrano:
      - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
      - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
      - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub
    - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdz. I Regulaminu, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozdz. I Regulaminu, lub pełnomocnictw, nie udowadniając, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
7. Zasady zwrotu wadium:
  - 7.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6.
  - 7.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
  - 7.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
  - 7.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
  - 7.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je w kwotach wniesionych.
  - 7.6. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdz. I Regulaminu, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozdz. I



Regulaminu, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

7.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane;
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

**K) Termin związania ofertą**

1. Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

**L) Sposób sporządzenia oferty oraz miejsce, termin składania i otwarcia ofert.**

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu.  
Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia lub jego część, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia (z wyjątkiem, gdy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych).  
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a także koszty związane z odesłaniem załączonych do oferty wzorców.
2. Wartość oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie, obejmować całość kosztów wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać ewentualne opusty i rabaty.
3. Wszystkie dokumenty i strony oferty powinny być podpisane przez osobę/osoby umocowaną/e do reprezentowania Oferenta.
4. Ofertę należy złożyć w dwóch starannie i trwale zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna winna być opatrzona napisem „Oferta – ZAKUP SPEKTROMETRU”, a koperta wewnętrzna winna być opatrzona adresem Oferenta.
6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: **59-220 Legnica, ul .Nowodworska 1** – sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia **12.10.2018** roku do godz. 13<sup>00</sup>.  
Oferty złożone po tym terminie będą odesłane bez otwierania z wykorzystaniem koperty wewnętrznej.  
Otwarcie ofert: dnia **12.10.2018** roku o godz. 13<sup>15</sup> w siedzibie LPWiK S.A.- sala konferencyjna – parter.

**M) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.**

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

a) Cena ofertowa - 80 %

Przy ocenie będzie brana pod uwagę cena łączna.

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najtańszej}}{\text{cena oferty badanej}} \times \text{waga kryterium}$$

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 80.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów wyliczonych matematycznie.

b) Termin realizacji zamówienia – 20 %

Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) według następującego wzoru:

$$\frac{\text{termin najkrótszy}}{\text{termin oferty badanej}} \times \text{waga kryterium}$$

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 20.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów wyliczonych matematycznie.

2) Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

**N) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Nie dotyczy

**O) Zawartość oferty:**

„Oferta” sporządzona wg załączonego wzoru:

Załącznik nr 1 – „*Oświadczenie oferenta*”.

Załącznik nr 2 – „*Odpis aktualny z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej*”.

Załącznik nr 3 – „*Oferowany przedmiot zamówienia*”

Załącznik powinien przedstawić:

zwięzły opis proponowanego spektrometru z kartami katalogowymi oraz atesty, certyfikaty, świadectwa jakości w języku polskim. Dopuszcza się kserokopie.

Załącznik nr 4 – *Wykaz* zrealizowanych podobnych zadań z 3 ostatnich lat wraz z referencjami inwestorów.

Załącznik nr 5 – *Zaakceptowana propozycja umowy* (będzie ona przedmiotem ostatecznych uzgodnień).

**P) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy.**

1. Projekt umowy w załączeniu.

2. Ostateczne warunki umowy będą określone po rozstrzygnięciu postępowania

**R) Informacje o stosowaniu zasady pisemności w zakresie uzyskiwania przez oferentów wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących postępowania, na ich uzasadniony wniosek.**

Wszelkie pytania dotyczące warunków zamówienia i składania ofert przekazywać wyłącznie w formie pisemnej na adres LPWiK S.A. 59-220 Legnica, ul Nowodworska 1 lub faxem na numer 076/8567303 - najpóźniej do pięciu dni przed terminem składania ofert.

**Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania i ograniczenie przedmiotu zamówienia.**

PREZES ZARZĄDU  
Zbigniew Mróz



.....  
(pieczęć firmy)

(miejsowość, data)

nr tel.....

fax.....

### OFERTA

.....  
.....  
(nazwa i adres oferenta)

Przystępując do postępowania o zamówienie, którego Przedmiotem zamówienia jest:

**„Dostawa i instalacja spektrometru dla laboratorium w Legnicy.”**  
składam następującą ofertę:

1. Wartość ogółem netto (bez VAT)	VAT	Wartość ogółem brutto (z VAT)
<input type="text"/> .....zł	<input type="text"/> .....%	<input type="text"/> .....zł

Brutto (z VAT) słownie zł .....

2. Termin wykonania zamówienia .....
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz, że cena nie zostanie zmieniona w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
4. Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesięcy.  
Bieg gwarancji dla całego przedmiotu umowy rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego robót.
5. Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą.
6. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.
7. Oświadczamy, że w trakcie sporządzania oferty stosowaliśmy się do warunków zamówienia i nie dokonaliśmy żadnych zmian w formularzach, a dodatki do oferty ułożyliśmy zgodnie z kolejnością przedstawioną w warunkach zamówienia .
8. Do oferty załączamy:
  - Załącznik nr 1 - Oświadczenie
  - Załącznik nr 2 - Rejestr przedsiębiorstw
  - Załącznik nr 3 - Oferowany przedmiot zamówienia
  - Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych podobnych zadań
  - Załącznik nr 5 - Zaakceptowana propozycja umowy
  - Załącznik nr 6 – Inne nie wymienione

.....  
(podpis osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania Oferenta)

.....  
(pieczęć firmy)

.....  
(miejsowość i data)

### OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i instalacja spektrometru dla laboratorium w Legnicy.” w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....  
.....  
(nazwa i adres firmy)

#### Oświadczam, że :

- 1) jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- 2) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w przedmiocie zamówienia prac i czynności,
- 3) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
- 4) znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- 5) jestem zarejestrowany / nie jestem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
- 6) zapoznałem się z „Regulaminem udzielania zamówień przez LPWiK S.A.” oraz „Informacją nt. przetwarzania danych osobowych”, które są zamieszczone na stronie <http://bip.lpwiksa.com.pl/przetargi>,
- 7) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu <sup>2</sup>,
- 8) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 14 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna”.

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

<sup>2</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowanego obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści danego punktu oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie fragmentu oświadczenia np. przez wykreślenie)



Jednocześnie jako oferent oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz w pełni akceptuję ich treść i wymagania.

---

podpis osoby/osób upoważnionych do  
reprezentowania oferenta